



COMAR

Pressure Garments
& Silicones.

URISIL®

اوريسيل- قطع من السيليكون

URISIL هي قطعة من السيليكون من نوع **medical-grade**, المخصصة لعلاج الندب المتضخمة المتنوعة, أو كعلاج وقائي لمنع تطورها.

تعليمات استعمال URISIL:

1. قص القطعة بحسب كبر الندبة. يحتمل استعمال أكثر من قطعة واحدة لتغطية مساحة واسعة من الندب.
2. أزل بحذر الطبقة المغطية للجانب اللاصق وضع القطعة من هذا الجانب على الندبة.
3. يسمح استعمال لاصقات على السيليكون لضمان تماسك أفضل على الجلد. يفضل الامتناع من الضغط الزائد لمنع تهيج الندبة أو الجلد من حولها.
4. يجب حفظ قطع السيليكون الغير مستعملة داخل علبتها الأصلية, في مكان جاف وبدرجة حرارة تقل عن 25°C.

نصائح لعناية هذا المنتج:

1. يجب غسل قطع **URISIL** مرتين باليوم بماء فاتر وصابون غسيل غير دهني. يجب تنشيف القطعة قبل إعادة وضعها على الندب بالتنظيف والناشفة.
 - يجب عدم استعمال مواد تنظيف أخرى التي بإمكانها التسبب بتهيج الجلد.
 - يجب عدم استعمال المحارم الورقية للتنشيف لمنع التصاق السيليكون بها.
 - للانتباه: يجب غسل قطعة القماش في فترات متقاربة في الأيام الحارة أو بعد بذل مجهود بسبب تعرق الجلد لضمان تماسك أفضل لقطعة القماش على الجلد.
2. خلال فترة العلاج, يجب استعمال **URISIL** 12 ساعة على الأقل. يجب استعمال قطع السيليكون لفترة 23 ساعة متواصلة وإزالته فقط للتنظيف.
3. لتعويد الجلد على السيليكون يجب استعمالها في اليوم الأول والثاني لساعتين فقط, في اليومين التاليين ل-4 ساعات فقط وتمديد فترة الاستعمال بساعتين كل يوم حتى الاستعمال ل-23 ساعة يوميا.
4. يجب تغيير قطعة السيليكون في حال تلفها. حسب التعليمات, يجب تغييرها بعد 14-28 يوم. في حال استعمال السيليكون في منطقة المفاصل يجب تغييرها في أوقات متقاربة أكثر.
5. يجب عدم استعمال مراهم على الجلد عند استعمال قطع **URISIL**.



COMAR

Pressure Garments
& Silicones.

يجب عدم استعمال أل- URISIL على جروح مفتوحة,
جروح مع افرازات أو مع مرضى يعانون من أمراض جلدية

في حال علاج ندب جراحية استعمال قطع أل- URISIL يكون فقط بعد إزالة الغرز.

في حال تطور حساسية على الجلد المعالج بقطعة URISIL يجب فحص:
نظافة الجلد.
وجود ضغط زائد على الجلد.
في حال وجود حساسية على الجلد يجب التوقف عن استعمال السيليكون والتوجه للمعالجة الوظيفية